

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

高雄市政府衛生局 函



80681

高雄市前金區市中一路225號4樓

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1號

承辦單位：藥政科

承辦人：曾淑萍

電話：07-7134000#6256

傳真：07-7229974

電子信箱：tseng69@kcg.gov.tw

受文者：社團法人高雄市醫師公會

發文日期：中華民國110年9月30日

發文字號：高市衛藥字第11040540700號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關昱達生技有限公司製造、販售之「“昱達”醫用立體口罩(未滅菌)」違反醫療器材管理法第26條規定乙案，惠請轉知所屬會員配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依據彰化縣政府110年9月28日府授衛藥字第1100344451號函辦理。
- 二、案係旨揭公司製造、販售之旨揭產品與醫療器材許可證「“昱達”成人醫用口罩(未滅菌)(衛部醫器製壹字第009136號)」及「“昱達”兒童醫用口罩(未滅菌)(衛部醫器製壹字第009133號)」核定之規格「成人平面」及「兒童平面」不符，違反醫療器材管理法第26條規定。
- 三、惠請轉知所屬會員配合旨揭公司辦理旨揭醫療器材回收作業；副本抄送本市各區衛生所，請輔導轄內機構業者配合旨揭醫療器材回收作業，以維護民眾安全及權益。

正本：社團法人高雄市第一藥師公會、社團法人高雄市藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會、高雄市直轄市醫療器材商業同業公會、高雄市醫療器材商業同業公會、社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會

副本：高雄市左營區衛生所、高雄市楠梓區衛生所、高雄市三民區衛生所、高雄市苓雅區衛生所、高雄市前鎮區衛生所、高雄市旗津區衛生所、高雄市小港區衛生所、高雄市三民區第二衛生所、高雄市鳳山區衛生所、高雄市岡山區衛生所、高雄市旗山區衛生所、高雄市美濃區衛生所、高雄市林園區衛生所、高雄市大寮區衛生所、高雄市大樹區衛生所、高雄市仁武區衛生所、高雄市大社區衛生所、高雄市鳥松區衛生所、高雄市橋頭區衛生所、高雄市燕巢區衛生所、高雄市田寮區衛生

所、高雄市阿蓮區衛生所、高雄市路竹區衛生所、高雄市湖內區衛生所、高雄市茄萣區衛生所、高雄市永安區衛生所、高雄市彌陀區衛生所、高雄市梓官區衛生所、高雄市六龜區衛生所、高雄市甲仙區衛生所、高雄市杉林區衛生所、高雄市內門區衛生所、高雄市茂林區衛生所、高雄市桃源區衛生所、高雄市那瑪夏區衛生所、高雄市鼓山區衛生所、高雄市鳳山區第二衛生所、高雄市新興衛生所、本局藥政科

局長黃志中

本案依分層負責規定授權業務主管判發

1. 刊網站

2. 報知會員上網查閱

配合回收

康維敬 10/17/2021

高雄市醫師公會
理事長賴聽宏